

측 정 분 야(Measurement Field) : 02. 각도(Angle)

분 류 코 드	측 정 기 기 명	권장교정 주기(월)		교 정 수 수 료(원)		
		교정용 표준기	정 밀 계 기 이 하	기 본	추 가	표준소급
02 - 1 - 0010	각도 게이지 블록(Angle Gage Block)	24		실 비		기본 및 추가 수수료의 15 %
02 - 1 - 0010 - 1	NPL Type					''
02 - 1 - 0010 - 2	요한슨 Type					''
02 - 1 - 0020	각도 비교 측정기(Angle Comparator)	12		실 비		''
02 - 1 - 0031	수준기(Precision Level)	36	24	24,300	공통적용 : 기본 ± 3 눈금 기준, 초과 1 눈금마다 20 % 추가	''
02 - 1 - 0032	전기식 수준기(Electronic Level)	36	24	29,500	Range 당, 정밀정확도 ≤ 10 초 는 1.5배	''
02 - 1 - 0040	자동 시준기(Automatic Autocollimator)	24		151,700		''
02 - 1 - 0050	시준기(Autocollimator)	24		32,200	측당, Div. ≤ 1 초 는 1.5배	''
02 - 1 - 0060	사인 바(Sine Bar)	24	12	10,500	공통적용 : 기본 1개 교정항목, 추가 교정항목 마다 50 % 추가	''
02 - 1 - 0070	사인 플레이트(Sine Plate)	24	12		02 - 1 - 0060 의 1.5배	''

측 정 분 야(Measurement Field) : 02. 각도(Angle)

분 류 코 드	측 정 기 기 명	권장교정 주기(월)		교 정 수 수 료(원)		
		교정용 표준기	정 밀 계 기 이 하	기 본	추 가	표준소급
02 - 1 - 0080	사인 센터(Sine Center)	24	12	12,500	공통적용 : 기본 1개 교정항목, 추가 교정항목 마다 50 % 추가	기본 및 추가 수수료의 15 %
02 - 1 - 0090	사인 테이블 (Sine Table)	24	12	19,000	공통적용 : 기본 1개 교정항목, 추가 교정항목마다 50 % 추가	"
02 - 1 - 0100	각도 눈금 원판(Indexing Table)	24		55,200	정밀정확도 ≤ 5 초 는 1.5배	"
02 - 1 - 0110	로터리 테이블(Rotary Table)	24	12	실 비		"
02 - 1 - 0120	정밀 직각 기준(Precision Square)	24		11,800	면당, 정밀정확도 ≤ 5 초 는 1.5배	"
02 - 1 - 0120 - 1	앵글 플레이트(Angle Plate)					"
02 - 1 - 0120 - 1 - 1	300 mm 이하			46,000		"
02 - 1 - 0120 - 1 - 2	300 mm 초과			53,800	초과 100 mm 마다 20 % 추가	"
02 - 1 - 0130	다각형 각도 기준(Polygon)	24		실 비		"
02 - 1 - 0140	직각 시험기(Right Angle Tester)	24	24	21,700		"

측 정 분 야(Measurement Field) : 02. 각도(Angle)

분 류 코 드	측 정 기 기 명	권장교정 주기(월)		교 정 수 수 료(원)		
		교정용 표준기	정 밀 계 기 이 하	기 본	추 가	표준소급
02 - 1 - 0150	직각자(Right Angle Rule)		24		공통적용 : 측정정밀도 ≤ 0.001 mm 는 1.5배 내·외측 중 1측 기준 양측시는 50 % 추가	기본 및 추가 수수료의 15 %
02 - 1 - 0150 - 1	300 mm 이하			10,500		//
02 - 1 - 0150 - 2	300 mm 초과			11,800	초과 100 mm 마다 20 % 추가	//
02 - 1 - 0160	광학식 각도계(Optical Protractor)	24	12	25,600		//
02 - 1 - 0170	광학식 크리노미터(Optical Clinometer)	24	12	25,600		//
02 - 1 - 0180	크리노미터(Clinometer)	24	12	22,300		//
02 - 1 - 0190	원통 스퀘어(Cylindrical Square)	36	24		공통적용 : 측정선당	//
02 - 1 - 0190 - 1	300 mm 이하 (ϕ 100 mm 이하)			7,900		//
02 - 1 - 0190 - 2	300 mm 이하 (ϕ 100 mm 초과)			9,800		//
02 - 1 - 0190 - 3	300 mm 초과 (ϕ 200 mm 이하)			10,500	초과 100 mm 마다 80 % 추가	기본 및 추가 수수료의 15 %

측 정 분 야(Measurement Field) : 02. 각도(Angle)

분 류 코 드	측 정 기 기 명	권장교정 주기(월)		교 정 수 수 료(원)		
		교정용 표준기	정 밀 계 기 이 하	기 본	추 가	표준소급
02 - 1 - 0190 - 4	300 mm 초과 (φ 200 mm 초과)			10,500	초과 100 mm 마다 80 % 추가	//
02 - 1 - 0200	앵글 덱커(Angle Dekkor)	18	12	32,200	측정선 당	//
02 - 1 - 0210	미소 각도 설정기(Fine Angle Generator)	24	12	26,900		//
02 - 1 - 0220	옵티칼 디바이딩 헤드 (Optical Dividing Head)	24	12	10,500		//
02 - 1 - 0230	팬타프리즘(Penta - Prism)	24	12	21,700		//
02 - 1 - 0240	테이퍼 측정기 (Taper Measurement Instrument)	24	12	17,100		//
02 - 1 - 0250	브이 블록(V - Block)	24	24		공통적용 : V 홈당	//
02 - 1 - 0250 - 1	φ 50 mm 이하			10,500		//
02 - 1 - 0250 - 2	φ 100 mm 이하			13,800		//
02 - 1 - 0250 - 3	φ 100 mm 초과			13,800	초과 50 mm 마다 20 % 추가	기본 및 추가 수수료의 15 %

측 정 분 야(Measurement Field) : 02. 각도(Angle)

분 류 코 드	측 정 기 기 명	권장교정 주기(월)		교 정 수 수 료(원)		
		교정용 표준기	정 밀 계 기 이 하	기 본	추 가	표준소급
02 - 1 - 0250 - 4	박스 블록(Box Block)			실 비		〃
02 - 1 - 0260	레벨 콤퍼레이터(Level Comparator)	24	12	13,800		〃
02 - 1 - 0270	각도 정규(Bevel Protractor)			13,800		〃
02 - 1 - 0280	분도기(Combination Gage)			13,800		〃
02 - 1 - 0290	직각도 시험기(Square Master)	24	12		공통적용 : 측당, 측정정밀도 ≤ 0.001 mm는 1.5배	〃
02 - 1 - 0290 - 1	300 mm 이하			17,700		〃
02 - 1 - 0290 - 2	300 mm 초과			17,700	초과 50 mm 마다 20 % 추가	〃
02 - 1 - 0300	각형 수준기(Square Level)	24	12		공통적용 : 기본 ± 3 눈금 기준, 초과 1 눈금마다 20 % 추가	〃
02 - 1 - 0300 - 1	0.01 mm/m			26,300		〃
02 - 1 - 0300 - 2	0.02 mm/m			27,600		기본 및 추가 수수료의 15 %

측 정 분 야(Measurement Field) : 02. 각도(Angle)

분 류 코 드	측 정 기 기 명	권장교정 주기(월)		교 정 수 수 료(원)		
		교정용 표준기	정 밀 계 기 이 하	기 본	추 가	표준소급
02 - 1 - 0300 - 3	0.05 mm/m			26,900		//
02 - 1 - 0300 - 4	0.10 mm/m			24,300		//
02 - 1 - 0300 - 5	0.10 mm/m 초과			24,300		//
02 - 1 - 0310	테오드라이트(Theodolite)		24	108,300		//
02 - 1 - 0320	트랜지트(Transit)		24	108,300		//
02 - 1 - 0320 - 1	정밀레벨(Precision Level)			43,300		//
02 - 1 - 0320 - 2	틸팅레벨(Tilting Level)			43,300		//
02 - 1 - 0330	자동 레벨(Auto Level)		24	32,200		//
02 - 1 - 0330 - 1	디지털 레벨(Digital Level)			43,300		//
02 - 1 - 0330 - 2	레이저 레벨(Laser Level)			81,400		기본 및 추가 수수료의 15 %

측 정 분 야(Measurement Field) : 02. 각도(Angle)

분 류 코 드	측 정 기 기 명	권장교정 주기(월)		교 정 수 수 료(원)		
		교정용 표준기	정 밀 계 기 이 하	기 본	추 가	표준소급
02 - 1 - 0340	조정 망원경 (Alignment Telescope)	24	24	81,400		〃
02 - 1 - 0340 - 1	표준 콜리메이터 (Standard Collimator)			192,400		〃
02 - 1 - 0340 - 2	원근 콜리메이터 (Line of Sight Collimator)			86,700		〃
02 - 1 - 0350	광파 측정기 (Laser Range Finder)	36	24	124,800		〃
02 - 1 - 0350 - 1	전자 거리 측정기 (Electronic Distance Meter)			135,300		〃
02 - 1 - 0350 - 2	토탈 스테이션 (Total Station)			137,900		〃
02 - 1 - 0350 - 3	프리즘 상수 (Corner Cube Prism)			72,900		〃
02 - 1 - 0360	콜리메이터 (Collimator)	36	24	실 비		〃
02 - 1 - 0360 - 1	측량기 교정장치 (Calibration System for Survey Instrument)			실 비		기본 및 추가 수수료의 15 %